



2025 оны 10 сарын 15 өдөр /15October/2025 /

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ДҮН
/ACCREDITED LABORATORY TEST REPORT/

№ 01202505411

Улаанбаатар хот /Ulaanbaatar city/

1. Ирүүлсэн дээжинд холбогдох мэдээлэл /Information related to submitted samples /:

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 2025-10-13 25/317
Дээж ирүүлсэн байгууллагын нэр /Name of the organization submitting the sample/ : Өсөхзоос ХХК
Бүтээгдэхүүний стандарт /Product standards /: MNS 5457:2023
Битүүмжлөл (пац)-ийн дугаар /Seal number /: Coal-1
Битүүмжлэгдсэн байдал /Sealed condition /: хэвийн
Датгалдаж ирүүлсэн бичиг баримтын дугаар /Relevant document number /: 25/317

Нүүрс, дэгдэмхий бодис их хийн, боловсруулаагүй
2025-10-15 14:50:01.0
2025-10-15 14:10:03.0
Хар өнгийн бүхэллэг, 3мм-ээс их
1ш, 8500грамм

2. Шинжилгээний үр дүн /Test Results /

Үзүүлэлт /Parameter /	Нийт чийг /Total Moisture/	Үнслэг /Ash Content/	Дэгдэмхий бодисын агуулга /Volatile Matter/	Хүхэр /Sulphur/	Илчлэг /Calorific Value/	Цөлөөт хөөлтийн зэрэг /Crucible swelling Index/	Барьцалдах чанар /Caking Index/
Шинжилгээний аргачлал /Test Method/	ISO 589:2008	ISO 1171:2024	ISO 562:2024	ASTM D4239-18e1	ISO 1928:2020	ISO 501:2012	ISO 15585:2019
Хэмжих нэгж /Unit/	Mt, %	W _{ad} , %	W _{ad} , %	S _{ad} , %	q _v , gr.ad./g	CSN*	G
Шинжилсэн утга /Results/	3.5	16.1	33.7	0.89	6358	7	80

3. Чанарын хяналт /Quality Control /

Баталгаажсан стандартчилсан загварын нэр /CERTIFIED REFERENCE MATERIAL /	GBW11108b	GBW11108b	GBW12022c	GBW11108b
Үзүүлэлт /Parameter /	W _{ad} , %	W _{ad} , %	G	S _{t,d} , %
Баталгаажсан утга /Standard value /	29.11 ± 0.22	15.24 ± 0.1	84 ± 2	1.85 ± 0.04
Шинжилсэн утга /Results/	29	15.2	84	1.84

Тайлбар /description/:

БАТАЛСАН /APPROVED BY /: ГТЛ-ийн дарга /Director of the Central Customs Laboratory /
ХЯНАСАН /VERIFIED BY /: Ахлах шинжээч-ГУАБ /Senior Customs Officer /
ШИНЖИЛТЭЭ ХИЙСЭН /ANALYZED BY /: Шинжээч /Customs Officer-Expert /

/ С.ЦЭРЭНЧИМЭД /
/ П.МӨНХ-ЭРДЭНЭ /
/ Д.МӨНХТӨР /